ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI
nr. 18/00842 din 02.03.2018

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției: Consumabile (conform ordinului CAPCS)
Cod CPV: 33140000-3

Data publicării anunțului de intenție: **Nu e specificată**

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice **Nr.: 18 din 02.03.2018.**
În scopul achiziționării **"Consumabile (conform ordinului CAPCS)"**
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2018**
este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **CNAM**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1		**Consumabile**			
1.1	33140000-3	Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 000 - 4	Bucată	10.00	1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărime - 000 - 4 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
2		**Consumabile**			
2.1	33140000-3	Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 5 - 16	Bucată	10.00	1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 5 - 16 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
3		**Consumabile**			
3.1	33140000-3	Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 000 - 4	Bucată	10.00	1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 3/8 cerc 3.Mărimea - 000 - 4 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
4		**Consumabile**			
4.1	33140000-3	Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 5 - 16	Bucată	10.00	1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 3/8 cerc 3.Mărimea - 5 - 16 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
5		**Consumabile**			
5.1	33140000-3	Ac chirurgical, triunghiular (tăietor), (mărimi disponibile) 000 - 4	Bucată	10.00	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura ac - 1/2 cerc

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
5.1	33140000-3	Ac chirurgical, triunghiular (tăietor), (mărimi disponibile) 000 - 4	Bucată	10.00	3.Mărimea - 000 - 4 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
6		**Consumabile**			
6.1	33140000-3	Ac chirurgical, triunghiular (tăietor), (mărimi disponibile) 5 - 16	Bucată	10.00	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 5 - 16 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
7		**Consumabile**			
7.1	33140000-3	Ac chirurgical, triunghiular (tăietor), (mărimi disponibile) 000 - 4	Bucată	5.00	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura ac - 3/8 cerc 3.Mărimea - 000 - 4 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
8		**Consumabile**			
8.1	33140000-3	Ac chirurgical, triunghiular (tăietor), (mărimi disponibile) 5 - 16	Bucată	5.00	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura ac - 3/8 cerc 3.Mărimea - 5 - 16 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
9		**Consumabile**			
9.1	33140000-3	Bahile (de unică folosință)	Pereche	10000.00	1.Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20µm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință
10		**Consumabile**			
10.1	33140000-3	Burete hemostatic 10 x 10 x 10 mm	Bucată	10.00	1.Dimensiuni 10 x 10 x 10 mm 2.Insolubil în apă 3.Absorbabil 100% 4.Porozitate uniformă 5.Caracter neutru în reacții chimice 6.Sterilizare: radiații Gamma 7.Ambalate individual
11		**Consumabile**			
11.1	33140000-3	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	10.00	1.Dimensiuni 80 x 50 x 10 mm 2.Insolubil în apă 3.Absorbabil 100% 4.Porozitate uniformă 5.Caracter neutru în reacții chimice 6.Sterilizare: radiații Gamma 7.Ambalate individual
12		**Consumabile**			
12.1	33140000-3	Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii bucale adult	Bucată	10.00	Cateter de aspirare pentru igiena cavității bucale adulti, aspirația secretiilor potential infectate deasupra balonasului de la tubul endotraheal, cu 3 gauri de aspiratie,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
12.1	33140000-3	Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii bucale adult	Bucată	10.00	virf atraumatic, usor maleabil, conector la miner pentru aspiratie.
13		**Consumabile**			
13.1	33140000-3	Cateter de aspiratie (mărimi disponibile) CH 14; 16; 18	Bucată	5.00	1.Marimea: CH 14; 16; 18 (F), lungumea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală
14		**Consumabile**			
14.1	33140000-3	Cateter urinar (Nelaton) (mărimi disponibile) CH 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22	Bucată	5.00	1.Dimensiuni: CH 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22, lungimea 40-42cm 2.Material PVC medical 3.Tub moale cu varf rotunjit, flexibil, atraumatic, cu două orificii laterale (la nivele diferite, distanța ~ 1cm) 4.Steril 5.Cod culoare internațional 6.Ambalare individuală
15		**Consumabile**			
15.1	33140000-3	Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	50.00	1.Material: neţesut, SMS, 29/35 g/m.p. 2.Dimensiune: ~ 200*150 cm
16		**Consumabile**			
16.1	33140000-3	Cearșafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	50.00	1.Material: neţesut, 29/35 g/m.p. 2.Dimensiune: ~ 50*40cm
17		**Consumabile**			
17.1	33140000-3	Container pentru urina	Bucată	300.00	1.Volum: 100-150ml 2.Gradație de 10ml până la 100ml 3.Loc pentru marcare 4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate individual
18		**Consumabile**			
18.1	33140000-3	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucată	100.00	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm
19		**Consumabile**			
19.1	33140000-3	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	50.00	1.Dimensiuni: lungimea ~ 40cm; lățimea - 2.5cm 2.Fixator din pastic de înaltă calitate 3.Cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapid 4.Dezinfectarea prin utilizarea de produse standard sau autoclavare 5.Material - țesut
20		**Consumabile**			
20.1	33140000-3	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml	Bucată	10.00	Ambalaj canistră, Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon) 2.PH - 5.8 3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
20.1	33140000-3	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml	Bucată	10.00	6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil 9.Vâscozitate înaltă
21		**Consumabile**			
21.1	33140000-3	Lame pentru bisturiu (dimensiuni disponibile) nr.10; 11; 12; 15; 20; 21; 22; 23	Bucată	500.00	Ambalaj cutie.1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10; 11; 12; 15 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20; 21; 22; 23 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.
22		**Consumabile**			
22.1	33140000-3	Masca chirurgicala simpla	Bucată	500.00	1.Material: polipropilenă - nețesut, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare: legată cu cordon 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas
23		**Consumabile**			
23.1	33140000-3	Masca de examinare simpla	Bucată	50.00	1.Material: polipropilenă - nețesut, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare cu de elastic 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas
24		**Consumabile**			
24.1	33140000-3	Masca de examinare avansată	Bucată	50.00	1 Material: 3 straturi cu rezistenta la respiratie 1,5 mm H2O/ cm2 . 2.Hipoalergica 3.Cusuta cu ultrasunet pentru fixare, 4.Fără latex, 5.Fără fibră de sticlă 6.Cu elastic si banda pentru fixare la nas, 7.Cu indicator de aplicare a mastii.
25		**Consumabile**			
25.1	33140000-3	Material de sutură (chirurgical) - USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3)	Bucată	20.00	1.USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reactie minima la nivel de tesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
25.1	33140000-3	Material de sutură (chirurgical) - USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3)	Bucată	20.00	9.Ambalare individuală
26		**Consumabile**			
26.1	33140000-3	Microperfuzoare sterile (fluturaş) cu ac (mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27G	Bucată	50.00	1.Dimensiune: 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27G 2.Ac fabricat din otel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.Conexiune sigura cu aripile si tubulatura 4.Lungimea tubulaturii ~ 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, non-toxic, flexibil, prevazut cu conector luer--lock si capacel de inchidere 5.Steril 6.Cod in culorile internationale conform cu marimea
27		**Consumabile**			
27.1	33140000-3	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	2.00	1.Mărime: 15x15cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale
28		**Consumabile**			
28.1	33140000-3	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	2.00	1.Mărime: 15x8cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale
29		**Consumabile**			
29.1	33140000-3	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	1.00	1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
29.1	33140000-3	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	1.00	10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale
30		**Consumabile**			
30.1	33140000-3	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	3.00	1.Volum 2 litri 2.Steril 3.Cu valvă de evacuare 4.Material: PVC medical, rezistent, transparent, nonpirogen 5.Gradate (g.,l.) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonde urinare) 7.Ambalate individual
31		**Consumabile**			
31.1	33140000-3	Seringă Jane 120-150 ml	Bucată	8.00	1.Mărimea: 120-150 ml 2.Ambalare individuală
32		**Consumabile**			
32.1	33140000-3	Seringă Jane 60 ml (steril)	Bucată	8.00	1.Mărimea: 60 ml 2.Steril 3.Ambalare individuală
33		**Consumabile**			
33.1	33140000-3	Set chirurgical steril	Bucată	10.00	Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 5 cm) – 2 buc Câmp în formă de U. 200x310 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x110 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 150x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de 5 cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150 cm H2O/cm2 Câmp parte laterala. 95*105 cm (+/- 5 cm) - 2 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
33.1	33140000-3	Set chirurgical steril	Bucată	10.00	suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/- 5cm) - 1 buc
34		**Consumabile**			
34.1	33140000-3	Set chirurgical standard steril	Bucată	10.00	Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 5 cm) – 2 buc Câmp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 150x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/- 5cm) - 1 buc
35		**Consumabile**			
35.1	33140000-3	Sisteme stomice	Bucată	5.00	1.Cu evacuare, de tip deschis 2.Dimensiuni ~ 30x15 cm 3.Sac din polipropilena cu fereastră de vizualizare 4.Flanşă adezivă pentru fixare - 72 ore 5.Mecanizm de eliminare de tip deschis 6.O (1) clemă la 5 pungi
36		**Consumabile**			
36.1	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	Bucată	10.00	1.Dimensiuni: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 2 (două) canale

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
36.1	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	Bucată	10.00	3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).
37		**Consumabile**			
37.1	33140000-3	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) (mărimi disponibile) CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	Bucată	5.00	1.Mărimea: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, lungimea 100-120 cm 2.Vizibilitate la Raze-X 3.Atraumatic 4.Cu orificii mari laterale 5.Tub simplu 6.Material: PVC medical 7.Marcaje de măsurare a adâncimii (cm) 8.Steril, non-toxic, nepirogen 9.Ambalate individual
38		**Consumabile**			
38.1	33140000-3	Spatule din lemn (apăsătoare de limbă)	Bucată	100.00	1.Material: lemn de calitatea superioară, margini și suprafețe fin șlefuite 2.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm 3.Set câte 100 buc.
39		**Consumabile**			
39.1	33140000-3	Sutură Mătase, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 4, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)	Bucată	100.00	Sutură Mătase, atraumatic (ac sudat) 1.Neresorbabil, polifilament filmat (silicon/ceară) 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic, reactie minima la nivel de tesut 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Ambalaj: ambalate individual 9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 10.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, neresorbabile, sterile. 11.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 12.Certificat ISO 13485 13.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia
40		**Consumabile**			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
40.1	33140000-3	Sutură Polypropylene, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 2, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)	Bucată	100.00	Sutură Polypropylene, atraumatic (ac sudat) 1.Neresorbabil, monofilament 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic, reactie minima la nivel de tesut 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Ambalaj: ambalate individual 9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 10.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, neresorbabile, sterile. 11.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 12.Certificat ISO 13485 13.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia
41		**Consumabile**			
41.1	33140000-3	Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)	Bucată	100.00	PGA Rapid, atraumatic, resorbabil (ac sudat) 1.Rezistența maximală 7 zile, absorbția totală 42 zile, 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia
42		**Consumabile**			
42.1	33140000-3	PGA, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)	Bucată	100.00	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) 1.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
42.1	33140000-3	PGA, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)	Bucată	100.00	5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:

conform necesităţilor şi posibilităţilor reale ale cumpărătorului pe parcursul anului 2018, în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Formularul ofertei ,	confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; formularul F3.1	Da
2	Specificaţii tehnice,	confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; formularul F4.1	Da
3	Specificaţii de preţ	confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; formularul F4.2	Da
4	Formularul informativ despre ofertant	formularul F3.3, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;	Da
5	Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere	formularul F3.4, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;	Da
6	Neimplicarea în situaţiile descrise în art. 18 al Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015	• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)	Da
7	Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;	Da
8	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului	Da
9	Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor	copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;	Da
10	Lista fondatorilor	confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;	Da
11	Mostre la necesitate	La necesitate de prezentat mostre în decurs de cel mult 5 zile	Da

Informaţie Suplimentară:

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: **I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru**
Adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63**
Tel.: **275121** , Fax: **275121** , E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: **SCACICOV GALINA, asistentă medicală şef**

Întocmirea ofertelor:

Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **13.03.2018 14:00**
pe adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208**

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei şi documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată în original precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfăşurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la: **13.03.2018 14:00**
pe adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ŢURCANU RITA _____